

## VII. OBGYN BED + Examination Lamp

## SPESIFIKASI :

## a) Spesifikasi Umum:

Dimensi luar	: P 1.720 – 1.750 x L 640 – 650 x T 800 – 810 (mm)
Dimensi dalam	: P 1.720 – 1.750 x L 550 - 600 x T 800 - 810 (mm)
Bahan pipa	: Stainless Steel (SS) 304
Konstruksi	: Knock Down
Matras	: Terbuat dari kayu multiplex : tebal 8-10 mm dilapisi busa: 60-70mm dengan cover leather imitation warna biru muda.
Pengatur Kemiringan	: System gas spring, dengan elevasi 0 s/d 80 derajat.
Kemasan	: Di packing (bungkus) menggunakan plastik dan dimasukkan ke kardus serta pada bagian luarnya dibungkus plastik kembali, dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap satu set Obgyn bed harus di packing (kemas) dengan bahan pengemasan sesuai dengan standar iklim Indonesia.</li> <li>Setiap kemasan terdapat "Logo BKKBN" dan tulisan "Obgyn Bed untuk Program Kependudukan dan Keluarga Berencana" dengan warna tulisan biru/hitam dan bertuliskan APBN Tahun 2014 warna tulisan biru/hitam</li> <li>Karton type Triple-wall ukuran K275/M150x6/K275, semua design dan tanda/logo harus disyahkan terlebih dahulu oleh</li> </ol>

pihak BKKBN sebelum packing dipergunakan.

**b) Spesifikasi Khusus**

**1) Bagian Kaki Utama:**

- Bahan : Stainless Steel 304 (kotak), 20x40, tebal 1,5 mm
- Pipa penghubung : Stainless Steel 304 (kotak), 20x40, tebal 1,5 mm
- Terdapat : Tempat dudukan tiang infus dan dudukan penyangga betis yang dilengkapi baut pengunci.

**2) Bagian Sandaran Badan:**

- Bahan : Pipa Stainless Steel 304, tebal 1,5 mm
- Panjang : 700–750 mm
- Lebar : 500–550 mm
- Alas matras : multiplax tebal 8–10 mm dilapisi busa = 60–70 mm dengan cover leather imitation warna biru muda.
- Pengatur sandaran : system gas spring

**3) Bagian Dudukan:**

- Bahan : Stainless Steel (kotak) 304, 20 x 20 (minimum), tebal 1,5 mm
- Panjang : 400–480 mm
- Lebar : 500–550 mm
- Alas matras : multiplax tebal 8– 0 mm dilapisi busa = 60 – 70 mm dengan cover leather imitation warna biru muda.
- Di lengkapi : Baskom dibawah dudukan untuk penadah, terbuat dari Stainless Steel ukuran diameter 225 - 275 mm

**4) Bagian sandaran khaki**

Bahan : Pipa Stainless Steel 304, tebal 1,5 mm  
Panjang : 400 – 500 mm  
Lebar : 500 – 550 mm  
Alas matras : Multiplax tebal 8– 0 mm dilapisi busa = 60 – 70 mm dengan cover leather imitation warna biru muda.

Pengunci tunjangan: Pengunci tunjangan sandaran kaki dari plat Strainless steel304, bergigi minimal 1 buah .

Tangga injakan kaki: Terbuat dari plat SPCC-SD tebal  $\pm$  1 mm, bagian pinggir terbuat dari stainless steel, dilapisi karpet plastik hitam, lantai injakan kakinya dapat disimpan dengan cara di lipat atau di dorong ke belakang.

**5) Aksesoris**

Penyangga betis : Terbuat dari plastik nylon/ABS ukuran (P) 245-255 x (L) 165 - 175 x (T) 110 - 120 mm, tebal 6 mm, dilapisi busa tebal 10 mm dan kulit imitasi warna biru muda dengan penyangga dari As Stainless Steel diameter 16 mm, dapat diatur posisinya dengan memutar baut pengunci.

**6) Lampu Periksa**

Jenis : Examination Lamp  
isi paket : Lampu, Tiang penyangga lampu, Kaki lampu + roda, Kabel

**Kepala Lampu - Bukti Dan Modus Aluminium**

1. Bohlam Halogen 12V 50W/LED 12V 8W  
Kehidupan 3.000 – 4000 Jam  
Waktu Layanan Per Charge: Sekitar 60-90 menit  
Dilengkapi Rechargeable Battery, sehingga dapat digunakan di daerah yang listriknya sering padam/tidak tersedia aliran listrik
2. Cahaya Intensitas: 18000 – 19000
3. Dimensi Lampu Berdiri:
  - a. Diameter Lampu: 1 ¾ Inch
  - b. Lampu Berdiri
  - c. Pipa Fleksibel Panjang 40 - 45 Cm
  - d. Diameter 10 - 14 Mm
  - e. Kotak Lampu Yang Terbuat Dari Bukti Rush Dicat
  - f. Tinggi Besi: 20-30Cm; Panjang: 4 – 6 Cm; Lebar: 8 – 10 Cm
  - g. Diameter Roda: 4 - 6 Cm, 5 pcs ( 2 buah dengan pengunci + 3 buah tanpa pengunci)
  - h. INPUT: 110/220 V
  - i. OUTPUT: DC 12 V