

**VI. IUD KIT****SPESIFIKASI :**

IUD Kit terdiri dari 2 (dua) macam yaitu IUD Kit dengan Sterilisator Listrik dan IUD Kit dengan sterilisator uap. SKPD-KB Kabupaten dan Kota dapat memilih salah satu jenis dan atau keduanya sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

Bahan Instrument: *Germany Standard CE Steel Quality High Precision Standard, CE-Certification.*

**1. IUD Kit dengan Sterilisator Listrik, setiap set terdiri dari:**

- a. 2 (dua) buah Iodine Cup ukuran 70 - 80 cc, Stainless Steel 18 - 10, dengan ketebalan bahan 0,7 – 0,9 mm
- b. 4 (empat) buah Forcep Schroder Tenaculum ukuran 10" stainless steel CE marking Germany satin/dul finish, dikemas dalam plastik transparan yang diberikan nama barang dan tercantum nomor registrasi.
- c. 1 (satu) buah Forcep IUD Removal, Alligator Jaws, ukuran 8", bahan stainless steel CE marking Germany Satin/Dul finish, dikemas dalam plastik transparan yang diberikan nama barang dan tercantum nomor registrasi.
- d. 4 (empat) buah Forcep Sponge Foster Straight (Klem Pemegang Kasa) ukuran 9,5" bahan stainless steel CE marking Germany satin/dul finish, dikemas dalam plastik transparan yang diberikan nama barang dan tercantum nomor registrasi.
- e. 3 (tiga) buah Scissor Operating Mayo curved ukuran 6,75", bahan stainless steel CE marking Germany satin/dul finish, dikemas dalam plastik transparan yang diberikan nama barang dan tercantum nomor registrasi.
- f. 2 (dua) buah IUD String Retriever ukuran 30,5 cm, bahan stainless steel, dikemas dalam plastik

- transparan yang diberikan nama barang dan tercantum nomor registrasi.
- g. 3 (tiga) buah Sonde, Uterine Sims, ukuran 12,5", bahan Stainless CE marking Germany Satin/dul finish, dikemas dalam plastik transparan yang diberikan nama barang dan tercantum nomor registrasi.
  - h. 1 (satu) buah Speculum Vaginal Graves, ukuran: Large, bahan stainless Steel CE marking Germany Satin/dul finish, dikemas dalam plastik transparan yang diberikan nama barang dan tercantum nomor registrasi.
  - i. 3 (tiga) buah Speculum Vaginal Graves, ukuran: Medium, bahan stainless Steel CE marking Germany Satin/dul finish, dikemas dalam plastik transparan yang diberikan nama barang dan tercantum nomor registrasi.
  - j. 6 (enam) pasang Handschone steril @ 3 pasang terdiri dari ukuran 6,5 dan ukuran 7, bahan latex steril, dikemas dalam plastik transparan yang diberikan nama barang dan tercantum nomor registrasi.
  - k. 1 (satu) buah Utility Tray with cover stainless steel, locking and unlocking ukuran: 380 – 395 (L) x 200 - 215 (W) x 120 - 125 (H) mm, bahan stainless steel 18 – 10 / 304, ketebalan bahan minimal 0,8 – 0,10 mm.
  - l. 1 (satu) buah Stethoscope Duplex
  - m. 1 (satu) buah sphygmomanometer air raksa, measurable range 0 - 300 mmHg.
  - n. 1 (satu) Sterilisator Listrik with steamer, bahan stainless steel 18 - 10, tebal 0,8 – 0,10 mm ukuran 340 - 360 (L) x 185 - 200 (W) x 125 - 140 (H) mm, voltage 200 volt/300 - 400 W, bagian bawah terdapat pemanas air dengan Ø 8 mm, pada sisi kiri kanan terdapat pegangan, memiliki steamer plate dengan ukuran 335 – 355 (L) x 180 - 195 (W) x 40 - 50 (H) mm, pada steamer terdapat lubang sebanyak 30 - 50 buah yang berfungsi sebagai ventilasi uap, pada steamer juga terdapat kaki sebanyak 4 buah dengan tinggi 3 – 5 cm

- dan memiliki pengait steamer 2 buah dan memiliki kabel listrik.
- o. 1 (satu) buah Spot Lamp stainless steel, Jenis Examination Lamp
- LED 12V/8W/Bohlam Halogen 12V 50W Kehidupan 3.000 – 4000 Jam
  - Waktu Layanan Per Charge: Sekitar 60-90 menit
  - Dilengkapi Rechargeable Battery, sehingga dapat digunakan di daerah yang listriknya sering padam/tidak tersedia aliran listrik
  - Cahaya Intensitas: 18000 – 19000
  - Dimensi Lampu Berdiri:
    - 1) Diameter Lampu: 1 ¾ Inch
    - 2) Lampu Berdiri
    - 3) Pipa Fleksibel Panjang 40 - 45 Cm
    - 4) Diameter 10 - 14 Mm
    - 5) Kotak Lampu Yang Terbuat Dari Bukti Rush Dicat
    - 6) Tinggi Besi: 20 - 30 Cm; Panjang: 4 – 6 Cm; Lebar: 8 – 10 Cm
    - 7) Diameter Roda: 4 - 6 Cm, 5 pcs ( 2 buah dengan pengunci + 3 buah tanpa pengunci)
    - 8) INPUT: 110/220 V
    - 9) OUTPUT: DC 12 V
- p. 1 (satu) buah Tas untuk peralatan, ukuran disesuaikan dengan isi barang terbuat dari bahan ballistic double bertuliskan “**IUD KIT DAK Bidang KB Tahun 2015**” dengan logo Institusi BKKBN dan logo SKPD – KB Kabupaten/ Kota yang bersangkutan
- q. Kemasan:  
Seluruh peralatan IUD Kit dimasukkan kedalam Utility Tray
- 1) Inner box**
- a) Setiap tas IUD Kit dimasukkan kedalam dus dengan ukuran menyesuaikan dan bertuliskan

bertuliskan “**IUD KIT DAK Bidang KB Tahun 2015**” dengan logo Institusi BKKBN.dan logo SKPD – KB Kabupaten dan Kota yang bersangkutan

- b) Stethoscope dan Tensimeter dimasukkan ke dalam Sterilisator listrik
- c) Setiap Spot Lamp dimasukkan kedalam dus dengan ukuran menyesuaikan
- d) Setiap Sterilisator listrik dimasukkan kedalam dus dengan ukuran menyesuaikan

## 2) Outer box

- a) Seluruh peralatan dimasukkan kedalam dus besar dengan ketebalan 6 – 8 mm.
  - b) Dus besar bertuliskan “bertuliskan “**IUD KIT DAK Bidang KB Tahun 2015**” dengan logo Institusi BKKBN.dan logo SKPD – KB Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- r. Semua alat kesehatan yang tercantum diatas harus disertai dan dilengkapi dengan garansi minimal 1 tahun.

## 2. IUD Kit dengan Sterilisator Uap:

- a. 2 (dua) buah Iodine Cup ukuran 70 - 80 cc, Stainless Steel 18 - 10, dengan ketebalan bahan 0,7 – 0,9 mm
- b. 4 (empat) buah Forcep schroder Tenaculum ukuran 10" stainless steel CE marking Germany Satin/Dul Finish
- c. 1 (satu) buah Forcep IUD Removal, Alligator Jaws, ukuran 8", bahan stainless steel CE marking Germany Satin/Dul finish
- d. 4 (empat) buah Forcep Sponge Foster Straight (Klem pemegang kasa) ukuran 9,5" bahan stainless CE marking satin/Dul Finish
- e. 3 (tiga) buah Scissor Operating mayo curved ukuran 6,75", bahan stainless steel CE marking Germany Satin/Dul Finish

- f. 2 (dua) buah IUD string retriever ukuran 30,5 cm, bahan stainless steel
- g. 3 (tiga) Sonde, Uterine Sims, ukuran 12,5 cm, bahan Stainless CE marking Germany Satin/Dul Finish
- h. 1 (satu) Speculum, Vaginal Graves, ukuran: Large, bahan Stainless Steel CE marking Germany Satin/Dul Finish
- i. 3 (tiga) Speculum, Vaginal Graves, ukuran: Medium, bahan Stainless Steel CE marking Germany Satin/Dul Finish
- j. 6 (enam) pasang Hanhscone steril ukuran 6,5 sebanyak 3 pasang dan ukuran 7 sebanyak 3 pasang, bahan latex steril
- k. 1 (satu) buah Utility tray with cover stainless steel, locking and unlocking ukuran: 380-395 (L) x 200-215 (W) x 120-125 (H) mm, bahan Stainless steel 18-10, ketebalan bahan 0,8 mm
- l. 1 (satu) buah Stethoscope duplex,
- m. 1 (satu) sphygmomanometer air raksa, measurable range 0-300 mm Hg
- n. 1 (satu) Sterilisator Uap diameter 214-215 mm x (T) 365-370 mm stainless steel 304 (18-10), tebal bahan 1,5 mm di lengkapi dengan steamer disc 21 cm, tinggi penyangga 5 cm stainless steel.
- o. 1 (satu) buah Spot Lamp stainless steel, Jenis Examination Lamp
  - LED 12V 8W/Bohlam Halogen 12V 50W Kehidupan 3.000 – 4000 Jam
  - Waktu Layanan Per Charge: Sekitar 60-90 menit
  - Dilengkapi Rechargeable Battery, sehingga dapat digunakan di daerah yang listriknya sering padam/tidak tersedia aliran listrik
  - Cahaya Intensitas: 18000 – 19000

- Dimensi Lampu Berdiri:
  - 1) Diameter Lampu: 1 ¾ Inch
  - 2) Lampu Berdiri
  - 3) Pipa Fleksibel Panjang 40 - 45 Cm
  - 4) Diameter 10 - 14 Mm
  - 5) Kotak Lampu Yang Terbuat Dari Bukti Rush Dicat Tinggi Besi: 20 - 30 Cm; Panjang: 4 – 6 Cm; Lebar: 8 – 10 Cm
  - 6) Diameter Roda: 4 - 6 Cm, 5 pcs ( 2 buah dengan pengunci + 3 buah tanpa pengunci)
  - 7) INPUT: 110/220 V
  - 8) OUTPUT: DC 12 V
- p. 1 (satu) buah Tas untuk peralatan ukuran disesuaikan dengan isi barang terbuat dari bahan ballistic double bertuliskan “ IUD Kit BKKBN Tahun 2015” dengan logo Institusi BKKBN dan logo Kabupaten dan kota dengan nama SKPD-KB Kabupaten dan Kota yang bersangkutan.
- q. Kemasan:
  1. **Inner box**
    - Setiap tas IUD Kit dimasukkan kedalam dus dengan ukuran menyesuaikan dan bertuliskan “IUD Kit BKKBN Tahun 2015” dan logo BKKBN dan logo Kabupaten dan kota dengan nama SKPD-KB Kabupaten dan Kota yang bersangkutan.
    - Setiap Sterilisator dimasukkan kedalam dus dengan ukuran menyesuaikan
    - Setiap Spot Lamp dimasukkan kedalam dus dengan ukuran menyesuaikan
  2. **Outer box**
    - Seluruh peralatan dimasukkan kedalam dus besar dengan ketebalan minimal 6 mm.
    - Dus besar bertuliskan “IUD Kit BKKBN Tahun 2015” dan logo BKKBN dan logo Kabupaten

