



جمعية علمية إنتاجية
العيادات
المتنقلة

صنع في روسيا

الطب المتنقل – واقع محتوم

المجمعات الطبية المتنقلة
صنع وبيع



المجمعات الطبية المتنقلة:

مجمعات مع السيكلوترون



- على أساس نصف المقطورة
- مركبة من وحدات
- صفحة رقم 8

مجمعات التصوير المقطعي



- على أساس الهيكل القاعدي للسيارة
- على أساس نصف المقطورة
- مركبة من وحدات
- صفحة رقم 26

مجمعات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير بالرنين المغناطيسي

- مركبة من وحدات
- صفحة رقم 11



مجمعات تصوير الأوعية



- على أساس نصف المقطورة
- مركبة من وحدات
- صفحة رقم 32

مجمعات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير المقطعي

- على أساس نصف المقطورة
- مركبة من وحدات
- صفحة رقم 12



مجمعات التصوير الشعاعي للثدي



- على أساس الهيكل القاعدي للسيارة
- على أساس نصف المقطورة
- مركبة من وحدات
- صفحة رقم 38

مجمعات التصوير بالرنين المغناطيسي



- على أساس نصف المقطورة
- مركبة من وحدات
- صفحة رقم 20

مجمعات طب الأسنان

- على أساس الهيكل القاعدي للسيارة
 - على أساس نصف المقطورة
 - مركبة من وحدات
- صفحة رقم 58



مجمعات التصوير التآلقي

- على أساس الهيكل القاعدي للسيارة
 - على أساس نصف المقطورة
 - مركبة من وحدات
- صفحة رقم 44



مستشفيات متنقلة

- على أساس الهيكل القاعدي للسيارة
 - على أساس نصف المقطورة
 - مركبة من وحدات
- صفحة رقم 64



مجمعات الفحص السريري

- على أساس الهيكل القاعدي للسيارة
 - على أساس نصف المقطورة
 - مركبة من وحدات
- صفحة رقم 48



مجمعات أخرى

صفحة رقم 70



نقطة الاسعافات الالوية والتوليد

- على أساس الهيكل القاعدي للسيارة
 - على أساس نصف المقطورة
 - مركبة من وحدات
- صفحة رقم 54



أكثر من 30 نوع من المجمعات:

- مجمعات مع السيكلوترون 9-12 ميغا إلكترون فولط
- مجمعات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير بالرنين المغناطيسي
- مجمعات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير المقطعي
- مجمعات التصوير بالرنين المغناطيسي 3,0/1,5 تسلا
- مجمعات التصوير المقطعي 2 – 360 مقطع
- مجمعات تصوير الأوعية
- مجمعات العمليات
- مجمعات التشخيص بالأشعة السينية
- مجمعات التصوير الشعاعي للثدي
- مجمعات التصوير التآلقي
- المختبرات المتنقلة
- مجمعات طب العيون
- مجمعات طب الأنف و الإذن والحنجرة
- مجمعات الفحص السريري للسكان البالغين
- مجمعات الفحص السريري للسكان الأطفال
- مجمعات صحة المرأة
- مجمعات صحة الرجل
- مجمعات الجراحة وطب المسالك البولية
- مستشفيات متنقلة
- مجمعات أخرى

سنقوم بتخطيط وإعداد المجمعات المتنقلة مختلفة الصعوبة



جمعية العلمية الإنتاجية "العيادات المتنقلة" تقوم بتخطيط، إنتاج وإعداد المجمعات الطبية المتنقلة.

في بداية عام 2011م قامت الجمعية العلمية الإنتاجية "العيادات المتنقلة" والشركة الهولندية Lamboo الرائدة في العالم في مجال تصنيع المجمعات الطبية المتنقلة بتوقيع اتفاقية شراكة حصرية بإنتاج المجمعات المتنقلة.

في عام 2012م بدأت الجمعية العلمية الإنتاجية "العيادات المتنقلة" والشركة الهولندية Lamboo البناء المشترك لأول محطة فريدة من نوعها في روسيا لإنتاج المجمعات الطبية المتنقلة. هذا ما أتاح لشركتنا الخروج إلى مستوى جديد. الجمعية العلمية الإنتاجية "العيادات المتنقلة" اليوم: قسم التصميم والتخطيط المكون من المتخصصين المؤهلين تأهيلا عالياً. التكنولوجيا الحديثة، أحدث المعدات والخردوات التي توافقت المستوى الفني العالمي. تطوير المشروع من البداية - من الموافقة على الشروط المرجعية مع العميل ووثائق المشروع حتى إنتاج وتسليم المنتج الذي يوافق متطلبات الاستخدام الحديثة. لقد سمح تحقيق خبرة الزملاء الأجانب باستخدام التكنولوجيا الأوروبية بتوسيع خط النماذج التي يتم صناعتها وقام بزيادة موثوقية، فترة عمل وجودة المنتجات التي يتم إنتاجها.

إن الجمعية العلمية الإنتاجية "العيادات المتنقلة" هي عميل موثوق به لكافة أنحاء روسيا الفيدرالية بتنفيذ أكبر المشاريع الوطنية في مجال الصحة.

عند استخدام المجمعات المتحركة يتم تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية. إن تشخيص من الأمراض ذات الأهمية الاجتماعية والأمراض ذات المستوى العالي للوفيات حتى في 100% أنحاء روسيا البعيدة أصبح حقيقة.

إن الطب المتنقل هو تحقيق إمكانياتك الجديدة!

مميزات المجمعات المتنقلة:

الجمعية العلمية الإنتاجية "العيادات المتنقلة" تقدم المجمعات الطبية المتحركة لمختلف الأغراض. الجودة العالية للمجمعات المتحركة، الموثوقية، الإدارة الذاتية، التجهيز بالمعدات الحديثة كل هذا يهدف إلى اتخاذ تدابير وقائية وتشخيص الأمراض في المراحل المبكرة.

1. إن مجمعاتنا معتمدة وذات شهادات تسجيل من الدائرة الاتحادية للرعاية في مجال الصحة والتنمية الاجتماعية.

2. يتم استخدام المادة المركبة الحديثة ذات الألياف الشبه أميد Kevlar في إنتاج هياكل المجمعات المتحركة (الألياف تتميز بمعامل عالية، بقدرتها الكبيرة على مقاومة الحرارة، مقاومتها العالية للصدمات كما أنها خاملة كيميائياً ولها متانة أكبر من متانة الفولاذ بـ 5 مرات).

3. الهياكل الطبية غير قابلة للتآكل.

4. يمكن تزويد المجمعات بالطاقة بشكل مستقل من مولد الديزل المدمج أو من شبكات تيار متردد أ لدية أو ثلاثية الطور.

5. يمكن استخدام المجمعات في درجة حرارة تتراوح ما بين - 55 درجة مئوية إلى + 55 درجة مئوية.

6. إن عمل المجمعات المتحركة المستقل من المحيط الخارجي يوفر عدد من الأنظمة المتكاملة فيها:

- التدفئة والتكييف
- تهوية وترطيب الهواء
- معالجة المياه والتخلص منها
- تثبيت المعدات وأغراض التصميم للتمكن من نقلها
- هواتف تعمل بالأقمار الصناعية ذات إمكانية الخروج إلى الإنترنت

7. يتم وضع جميع أجهزة التواصل الهندسي داخل السقف المعلق المبني بداخله نظام التهوية والإضاءة.

8. التشخيص عن بعد لأنظمة التكييف، التبريد، المولد وغيرها من أنظمة دعم الحياة في المجمعات.





مركز الأورام، مدينة كراسنودار

الهيكل القاعدي للسيارة

يقع المجمع على الهيكل القاعدي للسيارة. يمكن استخدامه على جميع أنواع أغطية الطريق والطرق الخالية من الأغطية. مستقل كاملاً، ذو قدرة عالية على الحركة. Mercedes, Volvo, Man, Scania, Iveco, (يمكن استخدام هيكل قاعدي من أي نوع كاماز وغيرها) معتمداً في ذلك على مايفضله العميل Iveco AMT,



نصف المقطورة

يتم بناء المجمع على أساس نصف المقطورة المصممة للسحب بشاحنة جرارة من أي نوع. طول نصف المقطورة لا يتجاوز 13,6 متر. يمكن الاستخدام في نظام قطار الطريق المكون من عدد من المجمعات الطبية. يتم التزويد بالطاقة أثناء العمل إما على شكل مستقل أو من شبكة خارجية.



وحدة قابلة للتنقل

إن الوحدة هي بديل لبناء كامل. إننا على استعداد أن نقترح لك وحدة بأي حجم حسب اختيار العميل. يتم نقل الوحدة القابلة للتنقل بأي نوع من أنواع وسائل النقل (بري، بحري، جوي). سهولة في النقل والتحميل. الخيار الأمثل للاستخدام مع المعدات ذات الدقة العالية التي تحتاج إلى التثبيت على أساس صلب. التخلص من تكاليف المشروع، الموافقة، البناء، الصيانة وإعادة البناء لوضع المعدات


مجمع متحرك مع السيكلوترون 9-12 ميغا إلكترون فولط على أساس نصف المقطورة أو في وحدة قابلة للتنقل

تعد طريقة التشخيص باستخدام نظائر العناصر الكيميائية التي تسمح بتقديم العلاج المناسب في الوقت المناسب بفضل التشخيص المبكر لأمراض القلب، السرطانات والأمراض العصبية هي الطريقة الأكثر تقدماً في العالم. بمساعدة تقنيات الطب النووي تتم دراسة تدفق الدم إلى الأعضاء الداخلية، وظيفة الكلى، المثانة والغدة الدرقية. إن طريقة التشخيص الوظيفي هذه فقط تسمح بالكشف عن خلل في وظيفة العضو والبدء بالعلاج قبل أن تبدأ فيه التغييرات الهيكلية. إن السيكلوترون هو جزء لا يتجزأ من مراكز التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني أو مجمعات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير المقطعي. فقط بوجود السيكلوترون يمكن إنتاج المواد المشعة الضرورية للفحص. بهدف إجراء الفحص بشكل رئيسي يتم استخدام النويدات المشعة الباعثة أشعة غاما و النويدات المشعة الباعثة للبوزيترونات ذات الطاقة المنخفضة لأشعة غاما (400-50 كيلو إلكترون فولط) وفترات عمر النصف القصيرة (دقائق، ساعات). تتمتع بهذه الخصائص النووية الفيزيائية بشكل رئيسي النويدات المشعة التي يتم الحصول عليها في السيكلوترونات.




مجمع متحرك مع السيكلوترون

في مرحلة التطوير!




مخطط المجمع المتنقل مع السيكلوترون 9-12 ميغا إلكترون فولط في مركبة من وحدات



10. غرفة الحجر الصحي للمواد الأولية. فئة "D"
11. مخبر مراقبة الجودة. فئة "D"
12. بوابة. فئة "D"
13. المخبر الإشعاعي. فئة "C"
14. بوابة. فئة "C"
15. غرفة الإدارة
16. غرفة السيكلوترون
17. الغرفة الفنية
18. المقصورة الفنية: نظام تكييف الهواء، مولد

1. دهلز (مدخل الموظفين)
2. مخزن معدات التنظيف
3. قسم التفتيش الصحي (دش الطوارئ)
4. المراض
5. حجرة التخزين المؤقت للمخلفات الإشعاعية
6. دهلز (تسليم المواد المشعة، المخلفات الإشعاعية، استلام المواد الأولية)
7. ممر
8. مخزن المواد الأولية
9. حجرة تغليف وتسليم المواد المشعة

مخطط المجمع المتنقل مع السيكلوترون على أساس نصف المقطورة



في مرحلة التطوير!

1. غرفة فنية
2. غرفة السيكلوترون
3. بوابة
4. مخبر إشعاعي
5. غرفة الإدارة
6. المقصورة الفنية: نظام تكييف الهواء، مولد ديزل



جمع المتنقل للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير بالرنين المغناطيسي في الوحدة القابلة للتنقل

المجمع المتنقل للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير بالرنين المغناطيسي في الوحدة

النظام الجديد للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير بالرنين المغناطيسي يجمع بين إمكانيات التصوير الجزيئي للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني وتباين الأنسجة الرخوة كما هو في التصوير المغناطيسي مايسمح برؤية انتشار الخلايا المصابة في الأنسجة الرخوة. سيكون من الممكن استخدام نظام التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير بالرنين المغناطيسي لفحص المصابين ذوي درجة عالية من خطر الإصابة بأمراض القلب مايسمح بشفاء الخلايا المصابة شفاءً تاماً قبل أن تتشكل اللوحات الخطيرة في الأوعية التاجية. كما يمكن استخدام هذا النظام لإجراء الدراسة التشخيصية للمرضى بهدف الكشف عن الأورام المتشكلة والمتكررة.

كذلك بمساعدة نظام التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير بالرنين المغناطيسي يمكن مراقبة وصول الدواء إلى الورم أو اللوحة ومراقبة فعالية العلاج على المستوى الخلوي. فضلاً على أن النظام يوسع إمكانيات رؤية تطور المرض إنه يسمح بخفض نسبة التعرض للإشعاع من الإشعاع المؤين بنسبة ٧٠% مقارنة بالتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير المقطعي.

في مرحلة التطوير!



مجمعات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير المقطعي



المجمعات الطبية للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير المقطعي على أساس نصف المقطورة

المجمعات المتنقلة للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير المقطعي على أساس نصف المقطورة وفي الوحدة القابلة للتنقل

عند إنتاج المجموعات المتنقلة للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير المقطعي تيتخدم شركتنا أحدث التكنولوجيا. يتم دمج الرصاص في جدران غرفة الفحص في مرحلة الإنتاج حيث تتم حماية الكادر التمريضي من تأثير الأشعاع. يمكن استخدام مجمعاتنا في جميع أنحاء روسيا الفيدرالية وتقريباً في أي نقطة في أوروبا. المجمعات المتنقلة للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير المقطعي مزودة بنظام لمراقبة وتتبع عمل الأنظمة الهندسي والاتصالات. مجمعاتنا مزودة بنظام خاص لمحاذاة GPS المستوى الأفقي.

الجمعية العلمية الإنتاجية "العيادات المتنقلة" تقدم لعملائها خيارات تخطيط مختلفة للمجمعات المتنقلة. يوجد في المجمعات مكان خاص للمرضى حيث يمكنهم انتظار المسح الضوئي بعد إدخال التسمية المشعة، مكان للمسح الضوئي، وحدة تحكم، مرحاض. يمكن تزويد المجمعات المتنقلة للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير المقطعي بأجهزة التصوير المقطعي للشركات العالمية الرائدة. إننا نقدم مجمعات متنقلة للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير المقطعي على أساس نصف المقطورة وفي الوحدات القابلة للتنقل.



المجمع المتنقل للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير المقطعي في الوحدة القابلة للتنقل



غرفة الفحص في المجمع المتنقل للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير المقطعي على أساس نصف المقطورة



المجمع المتنقل للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير المقطعي مع الهيكل الخارجي القابل لتغيير الهيئة على أساس نصف المقطورة






مخطط المجمع المتنقل للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير المقطعي على أساس نصف المقطورة



10. غرفة الأطباء
- (معالجة الصور، كتابة التقارير)
11. المخزن
12. المرحاض "البارد"
13. غرفة الملابس
14. منطقة الاستقبال
15. غرفة الإنتظار "الساخنة"
16. المقصورة الفنية
17. مصعد لذوي الاحتياجات الخاصة

1. دخول المواد المشعة، التعبئة
2. المرحاض "الساخن"
3. قسم التفتيش الصحي
4. غرفة الفحص بالتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير المقطعي
5. مكان للحقن
6. غرفة الإدارة
7. المصورة الفني
8. ن صعد لانتقال من المجمع إلى المجمع الآخر
9. غرفة مدق لخدمة الموظفين

مخطط المجمع المتنقل للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير المقطعي في وحدتين قابلتين للتنقل




- 16. غرفة تبديل الملابس
- 17. تعبئة المعدات الإشعاعية
- 18. يتخرفة الماء
- 19. في مدخل المسد تغذرت الإشعاع
- 20. ية مدخل للموظف
- 21. غرفة فناء

- 9,8. "المرحاض الساخن"
- 12,10. غرفة الإنتظار "الساخنة"
- 11. المخزن "الساخن"
- 13. بوابة
- 14. غرفة للحقن
- 15. قسم التفتيش الصحي

- 1. غرفة الأطباء
- 2. غرفة الإدارة
- 3. غرفة الفحص بالتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير المقطعي
- 4. الغرفة الفنية
- 5. "المرحاض البارد"
- 6. "المخزن البارد"
- 7. منطقة الاستقبال

مخطط المجمع المتنقل للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير المقطعي في 4 وحدات قابلة للتنقل مع السيكلوترون



إنتاج 4 أشهر




- 13. المرحاض "الساخن"
- 14. غرفة الإنتظار "الساخنة"
- 15. غرفة الإنتظار "الساخنة"
- 16. غرفة الإنتظار "الساخنة"
- 17. غرفة الإنتظار "الساخنة"
- 18. ذات السيكلوترون المدمج (انظر صفحة 11)

- 7. غرفة الفحص بالتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير المقطعي
- 8. غرفة فنية
- 9. المرحاض "البارد"
- 10. المخزن "الساخن"
- 11. الممر
- 12. تعبئة المستحضرات الإشعاعية

- 1. منطقة إنتظار المرضى
- 2. منطقة الاستقبال
- 3. غرفة الأطباء (معالجة الصور، تقارير)
- 4. الممر
- 5. مطبخ، غرفة استراحة الموظفين
- 6. غرفة الإدارة

مخطط المجمع المتنقل للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير المقطعي مع إمكانية رسو المجمعات الطبية المتنقلة على أساس نصف المقطورة



إنتاج 4 أشهر



1. وحدة ذات مناطق الاستقبال وانتظار المرضى،
2. وحدة ذات مكاتب الأطباء وغرف التخزين
3. وحدة ذات مدخل وتعبئة المستحضرات الإشعاعية، مناطق الإنتظار "الساخنة" للمرضى قبل وبعد الفحص،
4. وحدة ذات غرفة الفحص بالتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير المقطعي وغرفة الإدارة،
5. المجمع المتنقل للتصوير الشعاعي للثدي والتصوير بالموجات فوق الصوتية مع الهيكل الخارجي القابل لتغيير الهيئة على أساس نصف المقطورة،
6. المجمع المتنقل للتصوير بالرنين المغناطيسي 3,0/1,5 تسلا على أساس نصف المقطورة

مجمعات التصوير بالرنين المغناطيسي



مجمع طبي متنقل للتصوير بالرنين المغناطيسي على أساس نصف المقطورة. الألعاب الأولمبية في سوتشي 2014 م.

المجمعات الطبية المتنقلة للتصوير بالرنين المغناطيسي على أساس نصف المقطورة وفي الوحدة القابلة للتنقل

إن المجمعات الطبية المتنقلة للتصوير بالرنين المغناطيسي 3,0/1,5 تسلا إنتاج الجمعية العلمية الإنتاجية "العيادات المتنقلة" هي منتج موثوق به وعالي الجودة للاستخدام في الظروف الجوية القاسية - $55^{\circ} + 55^{\circ}$ مئوية. إن الجودة، الموثوقية والراحة هي الأساس لمجمعاتنا الطبية المتنقلة. إننا نستخدم أفضل المواد الحديثة وأحدث التكنولوجيا التي تضمن حماية المعدات غالية الثمن بنسبة 100% وكذلك تضمن الظروف المريحة لعمل الكادر الطبي.

لقد تم دمج شبكة ورقية نحاسية ذات الترددات الراديوية (قفص فارادي) إلى كافة جدران غرفة الفحص في مرحلة الإنتاج.

المجمعات الطبية للتصوير بالرنين المغناطيسي مزودة بأنظمة التدفئة، التكييف والتهوية لضمان الجو الداخلي المريح في المجمع. لقد تم دمج شبكات التهوية والمصايح إلى السقف المعلق. يتم توصيل المجمعات المتحركة بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية. المتحركة بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.



ي حال أن مصدر الطاقة غير متوفر يمكن استخدام مولد ديزل مستقل بقوة 130 كيلو فولط أمبير . المولد ذو تحكم آلي. عند حدوث عطل في إمداد التيار الكهربائي يتم تشغيله بشكل تلقائي وعند عودة التيار الكهربائي يتم إيقاف تشغيله أيضاً بشكل تلقائي. إن مولد الديزل يوفر أيضاً عمل نظام تبريد المغناطيس والحفاظ على المناخ المحلي في جميع غرف المجمع. يقوم نظام التحكم بالمولد بإرسال رسائل نصية تلقائياً عن الأحداث الهامة كتوقف عمل مصدر الطاقة الخارجي وضرورة تعبئة خزان الوقود وغيرها. تتمتع محطة عمل الموظفين بجميع الخيارات لتوفير فرصة العمل بشكل كامل فالكمبيوترات مزودة بجميع البرامج اللازمة وموحدة في شبكة محلية مع إمكانية الدمج في شبكة المؤسسات الصحية. إننا نقدم مجمعات للتصوير بالرنين المغناطيسي على أساس نصف المقطورة وفي وحدات قابلة للتنقل.



مجمع التصوير بالرنين المغناطيسي في وحدة قابلة للتنقل، المستشفى
الإكلينيكي الإقليمي في نيجن




غرفة الفحص في وحدة قابلة للتنقل للتصوير بالرنين المغناطيسي



ثلاث وحدات قابلة للتنقل متحدة في مركز واحد للتصوير بالرنين المغناطيسي




مخطط المجمع المتنقل للتصوير بالرنين المغناطيسي 3,0/1,5 تسلا على أساس نصف المقطورة



1. غرفة الفحص: 1.1 جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، 2.1 خزانة اللقائف، 3.1 خزانة الفانتومات
2. غرفة الإدارة: 1.2 خزانة فنية، 2.2 خزائن الحائط، 3.2 مكان عمل الطبيب والمساعد، 4.2 كرسي
3. غرفة فنية: 1.3 خزانة كهربائية، 2.3 خزانة الإدارة، 3.3 لوحات كهربائية 220V و 380V
4. مقصورة فنية: نظام التكييف، مولد ديزل
5. مصعد

مخطط المجمع المتنقل للتصوير بالرنين المغناطيسي 3,0/1,5 تسلا في وحدة قابلة للتنقل




1. مقصورة فنية: نظام التكييف، مولد ديزل
2. غرفة فنية: 1.2 خزانة كهربائية، 2.2 خزانة الإدارة، 3.2 لوحات كهربائية 380V و 220V
3. غرفة الفحص: 1.3 جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، 2.3 خزانة اللقائف، 3.3 خزانة الخيالات
4. غرفة الإدارة: 1.4 خزانة فنية، 2.4 خزائن الحائط، 3.4 مكان عمل الطبيب والمساعد، 4.4 كرسي

مجمعات التصوير المقطعي



مجمع طبي متنقل للتصوير المقطعي على أساس نصف المقطورة، الألعاب الأولمبية في سوتشي 2014 م

المجمعات المتنقلة للتصوير المقطعي 320-2 مقطع



إن الجودة، الموثوقية والراحة هم أساس مجتمعاتنا الطبية المتنقلة. المجمعات المتنقلة للتصوير المقطعي تجذب الانتباه بفضل إمكانية توسيع المكان في غرفة الفحص بشكل كبير على حساب الجدران والأرضية المنزلقة. المكان الذي نحصل عليه نتيجة ذلك يعادل بقياساته مساحة غرفة الفحص في المنشآت الطبية للمرضى الداخليين. النظام الهيدروليكي لانزلاق الأرضيات والجدران سهل الاستخدام. يتم التحكم عن طريق جهاز تحكم موجود على الجدار في غرفة الفحص. وقت تفتح المجمع في مكانه يعادل ٣٥ دقيقة. لقد تم دمج طبقة من الرصاص إلى كافة جدران غرفة الفحص في مرحلة الإنتاج. إن دعائم التثبيت الهيدروليكية الموجودة تحت نصف المقطورة مخصصة لمحاذاة المجمع على المستوى الأفقي وتقليل الاهتزاز أثناء عمل جهاز التصوير المقطعي.



إن مجتمعاتنا مزودة بمصعد لذوي الاحتياجات الخاصة. الحمل الأقصى والمصعد 1000 كغ. عند توقف المجمع بالقرب من مؤسسة طبية يتم استخدام ممر خاص قابل للنفخ للتنقل من بناء المستشفى إلى المجمع المتنقل للتصوير المقطعي. لقد تم تصميم المجمع مع مراعاة رغبة الكادر الطبي. كامل فالكمبيوترات مزودة بجميع البرامج اللازمة وموحدة في شبكة محلية مع إمكانية الدمج في شبكة المؤسسات الصحية. كذلك يمكن تبادل نتائج الفحوصات عبر شبكة الإنترنت وفقاً لمعايير DICOM. يمكن دمج أجهزة التصوير المقطعي للشركات العالمية الرائدة: GE, SIEMENS, PHILIPS, TOSHIBA وغيرها إلى المجمعات الطبية المتنقلة للجمعية العلمية الإنتاجية "العيادات المتنقلة". نقدم مجمعات للتصوير المقطعي على أساس الهيكل القاعدي لشاحنات ثقيلة، نصف المقطورات وفي وحدات قابلة للتنقل.



مصعد لذوي الاحتياجات الخاصة




غرفة الإدارة في المجمع المتنقل للتصوير المقطعي على أساس نصف المقطورة



جهاز التصوير المقطعي Toshiba في المجمع المتنقل مع الهيكل الخارجي القابل لتغيير الهيئة على أساس نصف المقطورة




مخطط المجمع المتنقل للتصوير المقطعي 320-2 مقطع على أساس نصف المقطورة



1. غرفة الفحص: 1.1 جهاز التصوير المقطعي، 2.1 مكان لتبديل الملابس، 3.1 مغسلة بالماء البارد والساخن
2. غرفة الإدارة: 1.2 خزائن الحائط، 2.2 مكان عمل الطبيب والمساعد، 3.2 كرسي
3. غرفة فنية: 1.3 خزانة الإدارة، 2.3 لوحات كهربائية 220V و 380V
4. مقصورة فنية: نظام التكييف، مولد ديزل
5. مصعد

مشروع المجمع المتنقل للتصوير المقطعي والمختبر (لمرضى السكتة الدماغية) مع هيكل خارجي قابل للتغيير على أساس الهيكل القاعدي للسيارة



1. المختبر: 1.1 خزائن حائط، 2.1 محلات الدم والبول
2. غرفة الإدارة: 1.2 مكان عمل الطبيب والمساعد، 2.2 كرسي
3. غرفة الفحص: 1.3 جهاز التصوير المقطعي، 2.3 لوحة كهربائية
4. مقصورة فنية: نظام تكييف، مولد ديزل
5. مصعد



مجمعات تصوير الأوعية

المجمع الطبي التشخيصي المتنقل على أساس نصف المقطورة

مجمعات تصوير الأوعية المتنقلة

يمكن تصنيع المجمعات المتنقلة لتصوير الأوعية إما على أساس نصف المقطورة أو في وحدة قابلة للتنقل (بدلاً عن بناء كامل). بناء على رغبة العميل يمكننا إنتاج وحدة قابلة للتنقل ذات نظام رفع هيدروليكي. لن تحتاج إلى رافعة لتحميله. لضمان السلامة من الإشعاع تم دمج طبقة من الرصاص في جدران، أرضيات، سقف وأبواب غرف مجمعات تصوير الأوعية. إن التكنولوجيا والمعدات التي نستخدمها تسمح برفع مستوى نظافة الهواء داخل المجمعات المتنقلة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي الروسي 52539-2006 والقواعد والمعايير الصحية 2.1.3.13.75-03. يتم توصيل مجمعات تصوير الأوعية بصدر خارجي للطاقة الكهربائية. في حال أن مصدر الطاقة غير متوفر يمكن استخدام مولد ديزل مستقل.



مجمع متنقل لتصوير الأوعية ذو نظام رفع هيدروليكي



غرفة الإدارة في المجمع المتنقل لتصوير الأوعية على أساس نصف المقطورة




غرفة الفحص في المجمع لتصوير الأوعية مع الهيكل الخارجي القابل للتغيير الهيئته على أساس نصف المقطورة







مجمع "طبيب قلب متنقل" مع هيكل خارجي قابل للتغيير على أساس نصف المقطورة



1. غرفة الفحص: 1.1 قوس الـ 2.1، C الشاشات، 3.1 خزائن الحائط، 4.1 مغسلة مع الماء البارد والساخن
2. غرفة تحضير المريض: 1.2 سرير أريكة، 2.2 شاشات السرير
3. مرحاض
4. غرفة التشخيص الوظيفي: 1.4 جهاز المشي، 2.4 جهاز التريدميل، 3.4 جهاز تخطيط صدى القلب، 4.4 أريكة، 5.4 جهاز تخطيط كهربية القلب، 6.4 كرسي
5. ممر/ مكان الإنتظار: 1.5 كرسي قابلة للطي، 6. مقصورة فنية: مولد 56 كيلو فولط أمبير ونظام التكييف، 7. مصعد

مجمعات التصوير الإشعاعي للثدي



مجمع طبي تشخيصي متنقل على أساس نصف المقطورة

المجمعات المتنقلة للتصوير الإشعاعي للثدي

إن ما يجعل المرأة تبدو بمظهر جيد وتشعر نفسها بحالة جيدة هي الثقة بأنها بصحة جيدة! إن الجمعية العلمية الإنتاجية "العيادات المتنقلة" تقدم لكم مجمعات متنقلة متطورة بأحدث التكنولوجيا: للتصوير الإشعاعي للثدي، "صحة المرأة" وغيرها. إن الجودة العالية للمجمعات المتنقلة، الموثوقية، الاستقلالية والاحتواء على أحدث المعدات كل هذا موجه إلى إجراء التدابير الوقائية وتشخيص الأمراض في مراحل مبكرة. يمكن استخدام المجمعات المتنقلة ليس فقط في المدن بل في الأحياء البعيدة والقرى الصغيرة أيضاً. يجب ألا يكون بعد المسافات عائقاً للحفاظ على صحة المرأة.

يمكن أن تعمل مجمعاتنا المتنقلة للتصوير الإشعاعي للثدي في درجات حرارة تتراوح ما بين 55°C و 55^{+} .

نقدم مجمعات متنقلة على أساس الهيكل القاعدي للسيارة، على أساس نصف المقطورة وفي الوحدات المتنقلة.



غرفة تصوير الإشعاعي للثدي في المجمع المتنقل مع هيكل خارجي قابل للتغيير على أساس نصف المقطورة



غرفة استراحة الموظفين في المجمع المتنقل للتصوير الإشعاعي للثدي على أساس نصف المقطورة



غرفة الإدارة في المجمع المتنقل للتصوير الإشعاعي للثدي على أساس نصف المقطورة

لقد تم دمج طبقة من الرصاص إلى جميع جدران غرفة الفحص في مرحلة الإنتاج.

إن المجمعات الطبية للتصوير الإشعاعي للثدي مزودة بأنظمة التكييف، الترطيب والتهوية لضمان

مناخ داخلي مريح في جميع أماكن المجمع. تم دمج مولد ديزل مستقل إلى المجمعات.

إننا نستخدم تكنولوجيا فريدة من نوعها لانزلاق الجدران والأرضية في المجمع للتصوير الإشعاعي للثدي على أساس نصف المقطورة ما زاد من المساحة الداخلية للمجمع. المزايا الرئيسية في هذه الحالة:

- المزيد من الساحة حول جهاز التصوير الإشعاعي للثدي
- زيادة عدد غرف تبديل الملابس - حتى 3
- أماكن كبيرة لانتظار المرضى
- غرفة استراحة الكادر الطبي
- وجود المرحاض



مكان المسجل ومنطقة انتظار المرضى في مجمع تصوير الثدي على أساس نصف المقطورة




غرفة استراحة الموظفين في المجمع المتنقل للتصوير الإشعاعي للثدي على أساس نصف المقطورة مع الجدران المنزلقة



غرفة تبديل ملابس المرضى في المجمع للتصوير الإشعاعي للثدي على أساس نصف المقطورة مع الجدران المنزلقة




مخطط المجمع المتنقل للتصوير الإشعاعي للثدي والتصوير بالموجات فوق الصوتية على أساس هيكل قاعدي لشاحنة ثقيلة



1. مقصورة فنية: مولد ديزل، نظام تكييف
2. غرفة التصوير بالموجات فوق الصوتية: 1.2 جهاز التصوير بالموجات فوق الصوتية، 2.2 أريكة، 3.2 مكان عمل الطبيب، 4.2 كرسي، 5.2 لوحة كهربائية
3. الاستقبال / غرفة الإدارة: 1.3 طاولة المسجل، 2.3 كرسي، 3.3 كرسي قابل للطوي للمريض
4. غرفة التصوير الإشعاعي للثدي: 1.4 نظام التصوير الإشعاعي للثدي، 2.4 مولد نظام التصوير الإشعاعي للثدي مع جهاز تحكم، 3.4 مغسلة (مع الماء الساخن والبارد)، 4.4 طاولة صغيرة للطباعة

مخطط المجمع المتنقل للتصوير الإشعاعي للثدي والتصوير بالموجات فوق الصوتية على أساس نصف المقطورة مع جدران منزقة



1. الاستقبال/ منطقة التسجيل: 1.1 طاولة المسجل، 2.1 كرسي، 3.1 معلقة ملابس
2. غرف تبديل ملابس للمرضى: 1.2 كراسي قابلة للطي
3. غرفة التصوير الإشعاعي للثدي: 1.3 نظام التصوير الإشعاعي للثدي، 2.3 لوحة كهربائية، 3.3 مولد لنظام التصوير الإشعاعي للثدي مع جهاز تحكم
4. غرفة الإدارة: 1.4 مكان عمل الطبيب والمساعد، 2.4 خزائن حائط 3.4 كرسي
5. غرفة التصوير بالموجات فوق الصوتية: 1.5 جهاز التصوير بالموجات فوق الصوتية، 2.5 كرسي متعدد الوظائف، 3.5 مغسلة بالماء الساخن والبارد، 4.5 مكان عمل الطبيب، 5.5 كرسي
6. مقصورة فنية: مولد ديزل، نظام تكييف
7. ممر/مكان الانتظار: 1.7 كراسي قابلة للطي
8. دهليز 9. مصعد

مجمعات للتصوير الإشعاعي للثدي والتصوير التآلقي



مجمع طبي تشخيصي متنقل على أساس هيكل قاعدي لسيارة

مجمعات متنقلة للتصوير الإشعاعي للتدني والتصوير التآلفي


إن الجمعية العلمية الإنتاجية "العيادات المتنقلة" تقدم مجمعات متنقلة للتصوير التآلفي (على أساس هيكل قاعدي لسيارة، على أساس نصف المقطورة، في وحدة قابلة للتنقل) لإجراء التدابير الوقائية ليس فقط لسكان المدينة بل لسكان الأحياء البعيدة والقرى الصغيرة أيضاً.

المجمعات المتنقلة للتصوير التآلفي تسمح بإجراء فحوصات منتظمة لجميع طبقات سكان المجتمع تقريباً للكشف عن أمراض أجهزة الصدر. يمكن أن ينقسم المجمع إلى منطقتين: مختبر لإجراء الفحص بالمجهر وتشخيص بكتريا السل والغرفة الطبية لإجراء التصوير التآلفي. يتميز التصوير التآلفي بقدرته على تشخيص المرض بدقة عالية في مراحله المبكرة التي غالباً ما تمر دون دون أعراض. لقد تم تزويد مجمعات التصوير التآلفي بأجهزة تصوير تآلفي رقمية حديثة محلية.

تعمل مجمعاتنا من شبكات تيار متردد أحادية أو ثلاثية الطور وكذلك من مولد ديزل مستقل مدمج بقوة لا تزيد عن 60 كيلو فولط أمبير.



مخطط لمجمع متنقل مدمج للتصوير الإشعاعي للثدي والتصوير التآلقي على أساس الهيكل القاعدي للسيارة



1. مقصورة فنية: مولد ديزل، نظام تكييف
2. غرفة التصوير التآلقي: 1.2 جهاز تصوير تآلقي رقمي، 2.2 لوحة كهربائية
3. غرفة الإدارة: 1.3 مكان عمل الطبيب والمساعد، 2.3 طابع طبي، 3.3 محول قياسي رقمي، 4.3 كرسي
4. غرفة التصوير الإشعاعي للثدي: 1.4 نظام التصوير الإشعاعي للثدي، 2.4 مولد نظام التصوير الإشعاعي للثدي، 3.4 مغسلة مع الماء البارد والساخن، 4.4 منطقة لتبديل ملابس المرضى



غرفة التصوير الإشعاعي للمصدر في المجمع المتنقل على أساس الهيكل القاعدي للسيارة



غرفة الإدارة في المجمع المتنقل للتصوير الإشعاعي للمصدر والتصوير التلقائي على أساس الهيكل القاعدي للسيارة



غرفة الإدارة في المجمع المتنقل للتصوير الإشعاعي للتشخيص على أساس الهيكل القاعدي للسيارة

مجمعات الفحص السريري



مجمع طبي تشخيصي متنقل على أساس الهيكل القاعدي للسيارة لموسكو الجديدة

مجمعات متنقلة للفحص السريري للسكان

شركتنا تقدم مجمعات متنقلة للفحص السريري للسكان على أساس الهيكل القاعدي لشاحنات ثقيلة، على أساس نصف المقطورة وفي وحدات متنقلة. إن الهدف من إجراء الفحص السريري هو تشكيل، الحفاظ ودعم صحة السكان، الوقاية من الأمراض، التقليل من نسبة المرض والعجز وتحقيق الشيخوخة النشطة. في مجتمعاتنا المتنقلة يتم فحص السكان من قبل الإخصائيين الطبيين المعالج، الجراح، أطباء اختبار لمكافحة السل، طبيب أمراض النساء و التوليد، اختصاصي بأمراض المستقيم، طبيب المسالك البولية، طبيب العيون، طبيب أنف وأذن وحنجرة. بالإضافة إلى ذلك إن الفحص السريري يتضمن إجراء عدد من الدراسات المجتبرية والوظيفية بما في ذلك التصوير التآلقي، التصوير الإشعاعي للتدني (للنساء فوق سن الـ40)، تخطيط كهربية القلب وكذلك تعداد الدم الكامل وكيميائية الدم.



غرفة الطبيب المعالج/ الطبيب الجراح/ الإخصائي في مرض السل



غرفة الطبيب المعالج/ الطبيب الجراح/ الإخصائي في مرض السل



مختبر



غرفة طبيب أمراض النساء والتوليد/ اخصائي بأمراض المستقيم/ طبيب المسالك البولية



المرحاض




غرفة طبيب العيون/ طبيب الأنف والاذن والحنجرة

مخطط المجمع المتنقل للفحص السريري للسكان على أساس الهيكل القاعدي للسيارة



1. مقصورة فنية: مولد ديزل، نظام تكييف
2. غرفة طبيب أمراض النساء/ طبيب المسالك البولية: 1.2 كرسي الفحص النسائي، 2.2 مكان عمل الطبيب، 3.2 مغسلة (الماء الساخن والبارد)، 4.2 جهاز التصوير بالأشعة فوق الصوتية
3. المراحيض
4. غرفة طبيب العيون/ طبيب الأنف والاذن والحنجرة: 1.4 كرسي المريض، 2.4 جهاز عرض الإشارات، 3.4 محطة الأنف والاذن والحنجرة، 4.4 مكان عمل الطبيب، مغسلة (الماء البارد والساخن)، 6.4 خزانة حفظ المعدات الطبية، 7.4 مقياس توتر العين
5. غرفة الطبيب المعالج/ تخطيط القلب/ التصوير بالأشعة فوق الصوتية: 1.5 مكان عمل الطبيب، 2.5 أريكة، 3.5 خزانة حائط، 4.5 مغسلة (الماء الساخن والبارد)، 5.5 مقياس إلكتروني للطول والوزن، 6.5 خزانة
6. ممر

مخطط المجمع المتنقل للفحص السريري للسكان على أساس نصف المقطورة



1. غرفة الطبيب المعالج/ تخطيط كهربية القلب/ التصوير بالأشعة فوق الصوتية: 1.1 مكان عمل الطبيب، 2.1 أريكة، 3.1 رف حائطي، 4.1 جهاز التصوير بالأشعة فوق الصوتية
2. غرفة طبيب العيون/ طبيب الأنف والاذن والحنجرة: 1.2 كرسي المريض، 2.2 جهاز فحص النظر، 3.2 محطة الأنف والاذن والحنجرة، 4.2 مغسلة (الماء البارد والساخن)، 5.2 مكان عمل الطبيب
3. المختبر: 1.3 مغسلة (الماء البارد والساخن)، 2.3 محلل الكيمياء الحيوية، 3.3 محلل أمراض الدم، 4.3 خزان حائط، 5.3 مكان عمل المساعد
4. الاستقبال/ مكان عمل المشغل: 1.4 كراسي قابلة للطي، 2.4 خزانة الملابس الخارجية، 3.4 مكان عمل المشغل، 4.4 خزان حائط
5. غرفة التصوير التآلقي: 1.5 خزانة كهربائية، 2.5 جهاز تصوير تآلقي رقمي
6. ممر
7. مقصورة فنية: مولد ديزل، نظام تكييف

نقطة الإسعافات الأولية والتوليد



مجمع طبي تشخيصي متنقل في وحدة قابلة للتنقل

المجمعات المتنقلة للإسعافات الأولية والتوليد

ن نقطة الإسعافات الأولية والتوليد هي مؤسسية علاجية ووقائية التي تقوم بتقديم الإسعافات الأولية في منطقة الريف. تعمل المجمعات المتنقلة للإسعافات الأولية والتوليد كجزء من المنطقة الطبية الريفية تحت إدارة عيادة أو مستشفى الحي أو المنطقة. إن الفكرة الرئيسية لنقطة الإسعافات الأولية والتوليد هي توفير الخدمات الطبية عالية الجودة و توافر خدمات الرعاية الصحية في المناطق النائية من المراكز الإقليمية. يتكون المجمع المتنقل للإسعافات الأولية والتوليد من 3 غرف على الأقل وهي: غرفة الفحص، غرفة التوليد وغرفة العلاج. شركتنا تقدم مجمعات متنقلة للإسعافات الأولية والتوليد بمساحة تتراوح ما بين 34 متر مربع و 73 متر مربع. إن مجمعات الإسعافات الأولية والتوليد مستقلة، ذات تكييف وذات نظام تحضير المياه والتخلص منها. إن المجمع المتنقل للإسعافات الأولية والتوليد يصبح جاهزاً للاستخدام خلال 2-3 ساعات بعد الوصول إلى مكان العمل. إن الميزة الرئيسية للمجمع المتنقل للإسعافات الأولية والتوليد هي التخلص من تكاليف المشروع، الموافقة والبناء.




غرفة الفحص




غرفة العلاج

مخطط المجمع المتنقل للإسعافات الأولية والتوليد في الوحدة القابلة للتنقل



1. غرفة الغسيل: 1.1 خزانة كهربائية، 2.1 مغسلة، 3.1 طاولة الكي
2. مستودع: 1.2 خزائن، 2.2 طاولة
3. المراض
4. غرفة الفحص 1.4 مكان عمل المسعف، 2.4 أريكة، 3.4 خزائن، 4.4 مغسلة (الماء البارد والساخن)
5. غرفة تخزين الأدوية: 1.5 خزائن، 2.5 براد
6. غرفة الفحص 2: 1.6 أريكة، 2.6 خزائن، 3.6 مغسلة (الماء البارد والساخن)
7. غرفة إخصائي التوليد: 1.7 كرسي الفحص النسائي، 2.7 خزائن
8. ممر
9. مقصورة فنية: مولد ديزل، نظام تكييف

مخطط المجمع المتنقل للإسعافات الأولية والتوليد على أساس نصف المقطورة



1. غرفة إخصائي التوليد: 1.1 مكان عمل إخصائي التوليد، 2.1 مغسلة (الماء البارد والساخن)، 3.1 خزائن حائط، 4.1 كرسي الفحص النسائي
2. غرفة العلاج: 1.2 أريكة، 2.2 طاولة ذات عجلات، 3.2 مكان عمل الممرضة
3. غرفة تخزين الأدوية: 1.3 براد، 2.3 خزانة
4. منطقة التسجيل: 1.4 مكان عمل المسجل، 2.4 خزانة كهربائية، 3.4 كرسي قابل للطي
5. المرحاض
6. غرفة المسعف: 1.6 خزانة، 2.6 أريكة، 3.6 صندمتر وميزان، 4.6 مغسلة (الماء البارد والساخن)، 5.6 مكان عمل المسعف
7. ممر
8. مقصورة فنية: مولد ديزل، نظام تكييف



مجمعات طب الأسنان

المجمع الطبي التشخيصي المتنقل على أساس الهيكل القاعدي للسيارة

مجمعات طب الأسنان المتنقلة

تتضمن المجمعات الطبية المتنقلة 1-2-3 أماكن عمل، التشخيص بالأشعة السينية، تكنولوجيا الليزر الإرييوم والصمام الثنائي، معدات مختبر الأسنان، دورة تعقيم كاملة، نظام مستقل لتوصيل المياه والتخلص منها.

تكنولوجياتنا الفريدة من نوعها تسمح بصنع مجمعات ذات جدران وأرضية منزلقة. هذا ما يوسع المساحة الداخلية للمجمع، يعطي إمكانية تواجد 2 أو أكثر مكان عمل وضمان شروط عمل مريحة للكادر الطبي.

جميع المعدات في المجمعات المتنقلة مثبتة ومحمية من الاهتزاز والصدمات أثناء الحركة. جميع المعدات الطبية متواجدة بشكل أن تتوافر مساحة كافية لعمل الكادر الطبي.



جهاز حائطي للأشعة السينية



مختبر الأسنان



خرفة التعقيم في المجمع المتنقل لطب الأسنان على أساس نصف المقطورة

إن المجمعات المتنقلة لطب الأسنان تضم أحدث معدات طب الأسنان. شبكة كمبيوترات محلية تقوم بتوحيد جميع المعدات والكمبيوترات لذا يمكن للطبيب أن يرى على شاشة وحدة طب الأسنان الصورة من الكاميرة داخل الفم والصورة الشعاعية التي تم الحصول عليها من جهاز أشعة الأسنان.

إن مولدات الديزل المركبة منخفضة الضوضاء، لا تزعج المرضى ولا تعيق عمل الكادر الطبي.

تم تركيب مساعد هيدروليكية في المجمع لذوي الاحتياجات الخاصة.

يمكننا تخطيط، إنتاج وتركيب المجمع المتنقل لطب الأسنان وفقاً لرغباتك على أساس هيكل قاعدي لسيارة، على أساس نصف المقطورة أو في وحدة قابلة للتنقل.



مساعد لذوي الاحتياجات الخاصة




مجمع متنقل لطب الأسنان على أساس الهيكل القاعدي لشاحنة خفيفة



رافعة حائط لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة




مخطط المجمع المتنقل لطب الأسنان لمكانين عمل على أساس نصف المقطورة مع هيكل خارجي قابل للتغيير



1. مصعد لذوي الإحتياجات الخاصة
2. دهلز
3. الاستقبال: 1.3 مكان عمل المسجل، 2.3 معلقة ملابس، 3.3 كراسي قابلة للطي
4. غرفة طبيب الأسنان: 1.4 مكان عمل الطبيب، 2.4 خزائن حائط، 3.4 مغسلة (الماء البارد والساخن)، 4.4 جهاز الأشعة السينية لطب الأسنان، 5.4 محطة طب الأسنان، 6.4 طاولة ذات عجلات، 7.4 الضاغط
5. غرفة طبيب الأسنان: 1.5 مكان عمل الطبيب، 2.5 خزائن حائط، 3.5 مغسلة (الماء البارد والساخن)، 4.5 جهاز الأشعة السينية لطب الأسنان، 5.5 محطة طب الأسنان، 6.5 طاولة ذات عجلات
6. غرفة التعقيم: 1.6 براد، 2.6 الأوتوكلاف، 3.6 مغسلة الأمواج فوق الصوتية، 4.6 مغسلة (الماء البارد والساخن)، 5.6 حجرة الأشعة فوق البنفسجية
7. ممر: 1.7 كراسي قابلة للطي
8. مقصورة فنية: مولد ديزل، نظام تكييف

مخطط المجمع المتنقل لطب الأسنان على أساس الهيكل القاعدي للسيارة



1. مقصورة فنية: مولد ديزل، نظام تكييف
2. الاستقبال: 1.2 مكان عمل المسجل، 2.2 معلقة ملابس، 3.2 الضاغط، 4.2 كرسي قابلة للطي، 5.2 خزانة كهربائية
3. غرفة طبيب الأسنان: 1.3 مكان عمل الطبيب، 2.3 محطة طب الأسنان، 3.3 جهاز الأشعة السينية لطب الأسنان، 4.3 طاولة ذات عجلات
4. غرفة التعقيم: 1.4 البراد، 2.4 الأوتوكلاف، 3.4 مغسلة الأمواج فوق الصوتية، 4.4 مغسلة (الماء الساخن والبارد)، 5.4 حجرة الأشعة فوق البنفسجية

مستشفى متنقلة



لوزارة دفاع روسيا الفيدرالية، وزارة حالات الطوارئ، وزارة صحة روسيا الفيدرالية
يمكن استخدام المجمعات الطبية المتنقلة كل واحدة على حدة أو تشكيل مستشفى

المجمع المتنقل على أساس نصف المقطورات وفي الوحدات

مستشفى متنقلة مكونة من عدد من نصف مقطورات ذات هيكل خارجي قابل للتغيير



تقدم الجمعية العلمية الإنتاجية "العيادات المتنقلة" مستشفيات متنقلة ذات طلب مرتفع ليس فقط في أوقات السلم بل في حالات الطوارئ، أوقات الحرب، عند الكوارث الطبيعية والتكنولوجية وآثار الهجمات الإرهابية أيضاً. الجودة العالية للمجمعات المتنقلة، الموثوقة، الاستقلالية، توافر أحدث المعدات - يتم توجيه كل هذا إلى إنقاذ حياة الناس. في أماكن الكوارث يمكننا أن نقدم مجمعات طبية متنقلة على أساس نصف المقطورات التي تعمل مستقلة عن بعضها أو متحدة في مستشفى. يتم توصيل نصف المقطورات ببعضها باستخدام ممرات تضم في نفسها: جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، جهاز التصوير المقطعي، جهاز التصوير بالأشعة السينية، غرفة الجراحة، غرفة العمليات، قسم العناية المشددة وغيرها من المجمعات الطبية. تصبح المجمعات الطبية المتنقلة جاهزة للاستخدام خلال 10 دقائق بعد وصولها إلى مكان العمل. يتم تركيب المستشفى خلال 2 - 3 ساعات.




غرفة العمليات في المجمع المتنقل على أساس نصف المقطورة




مصدر لذوي الاحتياجات الخاصة

مخطط المستشفى المتنقلة المكونة من مجمعات طبية متنقلة على أساس نصف المقطورات (مقامة على طول الطريق)



1. غرفة التضميد المتنقلة
2. مجمع متنقل للتشخيص بالأشعة السينية والأشعة فوق الصوتية
3. مجمع متنقل للتصوير بالرنين المغناطيسي 3,0/1,5 تسلا
4. القسم المتنقل للعناية المشددة (لـ 6 أسرة)
5. غرفة عمليات متنقلة (جراحة عامة)



غرفة العمليات في المجمع المتنقل مع هيكل خارجي قابل للتغيير على أساس نصف المقطورة

- يمكن استخدام المستشفى المتنقلة لـ
- تقديم العناية الطبية اللازمة للجنود الجرحى
- تقديم الإسعاف الطارئ على الطرق السريعة الرئيسية في البلد
- إجراء عمليات جراحية أو عمليات أخرى أثناء إصلاحات المستشفيات الثابتة
- التقليل من أدوار الانتظار في المستشفيات الثابتة
- لتوفير العلاج في المناطق البعيدة

إن ميزة المستشفى المتنقلة هي استقلاليتها ووصولها إلى أماكن صعبة المرور. لأنها تتيح بإجراء فحوصات تشخيصية مختلفة بعيداً عن المناطق السكنية الكبرى.

يتم تزويد المجمعات المتنقلة بالمعدات بشكل فردي. هذا يعتمد على تخصص المستشفى في كل حالة منفردة.



مستشفى متنقلة مكونة من عدد من وحدات قابلة للتنقل ذات مساحة قابلة للتغيير



وحدة العناية المشددة لـ 10 أسرة



عملية قسطرة الوريد الفخذي

ثلاجات خاصة لحاجات الجيش

إن الثلاجات الخاصة لحاجات الجيش تتمثل بوحدات متنقلة مقسومة في الداخل إلى عدد من مقصورات. تستخدم الثلاجات لحفظ الطعام، الأدوية وكذلك لنقل الحمل 200. تعمل في درجة حرارة حتى -25°.

يمكن نقل هذه الثلاجات بأي نوع من أنواع وسائل النقل: بالطائرة، بالسيارة، بال مروحية. سهولة في الاستخدام: تقوم المروحية بإلقاء وحدة الثلاجة إلى المكان اللازم ويقوم الجندي بتشغيلها بالضغط على الزر. تقوم الثلاجة بالحفاظ على درجة الحرارة اللازمة تحت الصفر وقادرة على العمل عدة أيام.

إن وحدات الثلاجة شائعة الاستخدام في دول منظمة حلف شمال الأطلسي (أفغانستان).



نقل الثلاجة في الشاحنة



نقل الثلاجة في المروحية



ثلاجات خاصة لحاجات الجيش

مجمعات أخرى



تقدم الجمعية العلمية الإنتاجية "العيادات المتنقلة" مجمعات مختلفة الأغراض:

- لإجراء الحملات الإعلانية والتعزيزية
- للمشاريع الاجتماعية
- للحفلات المواضيعية
- لدعم الأحداث الرياضي
- لتجنيد الشباب إلى الجيش
- محطات تلفزيونية متنقلة
- مطاعم متنقلة
- وغيرها

إننا على استعداد أن نقدم لكم مجمعات ذات جدران وأسقف منزلة، ذات وحدات منزلة إلى الأعلى، ذات مخرج إلى سقف المجمع، مع تركيب شاشات كبيرة لعرض العروض التقديمية، مع أنظمة تحضير المياه، مع تركيب معدات المطبخ ومعدات العروض التقديمية.

سنقوم بتطوير وتنفيذ أي مشروع!



مجمعات متنقلة على أساس نصف المقطورات لإجراء الحملات الإعلانية والتعزيزية



مجمع متنقل ذو جدران منزلة على أساس نصف المقطورة



مطعم متنقل على أساس نصف المقطورة ذو جدران منزلة





مجمعات متنقلة على أساس نصف المقطورة لتجنيد الشباب إلى القوات الجوية




مجمعات متنقلة على أساس نصف المقطورة لتجنيد الشباب إلى القوات البحرية




محطات تلفزيونية متنقلة على أساس نصف المقطورات



محطات تلفزيونية متنقلة على أساس نصف المقطورات



مناقشة المشروع
تحضير وثائق المشروع
إنتاج مجمعات متنقلة بمختلف درجات الصعوبة



مميزات المجمعات المتنقلة عن الأبنية الكاملة

1. لا تحتاج إلى تخطيط
2. لا تحتاج إلى فحص
3. لا تحتاج إلى تنسيق التصاريحات
4. لا يوجد ضرورة في البناء (وضع الأساس، تشييد البناء)
5. فترة إنتاج وتثبيت المجمع المتنقل تعادل 3-4 أشهر. فترة بناء مركز ثابت تعادل 2,5-3,5 عاماً
6. يتم استخدام تكنولوجيا متقدمة في بناء المجمعات
7. جميع الوثائق التصريحية لاستخدام المجمعات المتنقلة متوفرة (يمكن للمجمعات أن تنتقل حسب البرنامج بين المستشفيات الإقليمية المركزية)
8. لا يوجد ضرورة في تزويد عدد كبير من المؤسسات العلاجية الوقائية بمعدات غالية الثمن
9. لا يوجد ضرورة في تواجد عدد كبير من الكوادر المتخصصة.
10. تشكل المجمعات المتنقلة حسب ميزات الأمراض في المناطق المختلفة من روسيا الفيدرالية
11. إن تحميل عمل المعدات الطبية يعادل 100%.

الشركة المديرة للطب المتنقل في روسيا الفيدرالية



مجمع متنقل في حي سكني.
فحص المرضى، الحصول على الصور،
إرسال الصور عبر الإنترنت إلى الشركة الطبية

الاستعانة بمصادر خارجية

الاستعانة بمصادر خارجية

خدمة العملاء
تشخيص جميع أنظمة المجمع المتنقل،
استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الشركة الطبية – وصف الصور، التحاليل، النقل:



قاعدة البيانات
المشتركة للمستشفى
الإقليمية

المريض

الطبيب



الطب المتنقل - واقع محتوم



جمعية علمية إنتاجية
العيادات
المتنقلة

صنع في روسيا

الطب المتنقل – واقع محتوم

www.mobclinic.ru



لشركة ذات المسؤولية المحدودة الجمعية العلمية الإنتاجية "العيادات المتنقلة":
143421، منطقة موسكو، حي كراسنوغورسكي،
الكيلومتر الـ 26 من طريق "بالتيا" (طريق نوفوريجسكي).
مركز تجاري RigaLand، بناء ب 2، الطابق 4
الهاتف: +7 (910) 019-9110، +7 (495) 407-0617، E-mail: info@mobclinic.ru