

IUD KIT

MY LAB IUD 17



- Spesifikasi

A. Kebutuhan Alat Kesehatan (yang memiliki NIE)

1. Bak instrument tertutup yang dapat menyimpan seluruh alat pemasangan dan pencabutan IUD (d disesuaikan dengan besar alat).
2. Speculum Vaginal Graves ukuran medium.
3. Forcep Sponge Foster Straight (klem pemegang kasa) panjang 250-270 mm / 9-11".
4. Forcep Tenaculum Schroeder panjang 25-27 cm / 10".
5. Sonde Uterine Sims panjang 320-330 mm / 12,5/13".
6. Scissor Operating Mayor Curved panjang 17 cm / 6-7".
7. IUD Removal Hook panjang 320 mm / 12,5".

B. Kebutuhan Non Alat (tidak dipersyaratkan NIE)

1. Mangkok anti septik : diameter atas 6-8 cm atau iodine cup ukuran 0.06-0.07 L.

- Pengepakan

Pelabelan/penandaan kemasan IUD Kit mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan informasi tambahan dari BKKBN sebagai berikut:

- a. Setiap jenis alat dan non alat kesehatan IUD Kit dibungkus dengan plastik transparan
- b. Seluruh jenis alat dan non alat kesehatan IUD Kit dimasukkan kedalam karton (box) dengan ketebalan minimal 6 mm.
- c. Pada setiap box harus terdapat tulisan "IUD KIT" Untuk Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, DAK SUB BIDANG KB TAHUN 2017" dengan warna biru, dan "Tidak diperjual belikan" warna merah serta tercetak logo biru/hitam dan institusi BKKBN.
- d. Pada setiap box harus tercantum nama registrasi dan tahun produksi dari IUD Kit / masing-masing alat kesehatan IUD Kit dengan warna biru/hitam

Contact Person : **Redis Manik, SE (0813-8053-7399 / 0877-8252-7700)**